



## INSTRUÇÕES DE USO

**NOME TÉCNICO:** Parafuso Não Absorvível para Osteossíntese

**NOME COMERCIAL:** Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan

**Fabricante:**

ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.

Rod. Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP –

CEP: 13.501-600.

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone: (19) 3522 7407

**Responsável Técnico:**

Eng<sup>a</sup> Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

**REGISTRO ANVISA Nº** 10208610027











**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO**

**PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR**

**PROIBIDO REPROCESSAR**

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

**Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens**

	Código do Produto		Número de Lote
	Data de Fabricação		Ler as Instruções de Uso
	Produto de Uso Único		Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Não Estéril		Evitar exposição direta à luz solar
	Cuidado - Frágil		Manter Protegido de Umidade

**CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**

**Nome Técnico:** Parafuso Não Absorvível para Osteossíntese

**Nome Comercial:** Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan

**Composto por:** Parafusos

**Matéria Prima:** Liga de Titânio Ti6Al4V

**Produto Não Estéril**

**Método de Esterilização:** Não aplicável

**1.Descrição do Produto Médico**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan consistem em dispositivos metálicos manufaturados em Liga de Titânio Ti6Al4V conforme Norma ASTM F136.



Parafuso TI 1,2 MM CD – TIPLAN



Parafuso TI 1,5 MM CD – TIPLAN



Parafuso TI 1,8 MM CD – TIPLAN




Parafuso TI 2,0 MM CD – TIPLAN



Parafuso TI 2,3 MM CD - TIPLAN



Parafuso TI 2,4 MM CD - TIPLAN



Parafuso TI 2,7 MM CD - TIPLAN



Parafuso Center Driver 1,5 MM TI




Parafuso Center Driver 1,8 MM TI


**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**




Parafuso Center Driver 2,0 MM TI



Parafuso Center Driver 2,3 MM TI



Parafuso Center Driver 2,4 MM TI



Parafuso Center Driver 2,7 MM TI



Parafuso TI Fenda 2,0 MM – Tiplan



Parafuso TI Fenda 2,3 MM - Tiplan



Parafuso Auto Perfurante Cross Drive 1,5 MM



Parafuso Auto Perfurante Center Driver 1,5 MM



Mini Parafuso A/C TI 2,0 MM – Tiplan




**2.Características, Modelos, Dimensões e Códigos dos Componentes Metálicos Implantáveis do Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan apresentam-se nas seguintes dimensões que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado a cada situação.



Tabela 01: Apresentação do Parafuso TI X x X mm CD - TIPLAN

Código	Modelo	Imagem
101.11204	PARAFUSO TI 1,2 X 04mm CD - TIPLAN	
101.11206	PARAFUSO TI 1,2 X 06mm CD - TIPLAN	
101.11208	PARAFUSO TI 1,2 X 08mm CD - TIPLAN	
101.11210	PARAFUSO TI 1,2 X 10mm CD - TIPLAN	
101.11212	PARAFUSO TI 1,2 X 12mm CD – TIPLAN	

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

101.15003	PARAFUSO TI 1,5 X 03mm CD - TIPLAN		
101.15004	PARAFUSO TI 1,5 X 04mm CD - TIPLAN		
101.15005	PARAFUSO TI 1,5 X 05mm CD - TIPLAN		
101.15006	PARAFUSO TI 1,5 X 06mm CD - TIPLAN		
101.15007	PARAFUSO TI 1,5 X 07mm CD - TIPLAN		
101.15008	PARAFUSO TI 1,5 X 08mm CD - TIPLAN		
101.15009	PARAFUSO TI 1,5 X 09mm CD - TIPLAN		
101.15010	PARAFUSO TI 1,5 X 10mm CD - TIPLAN		
101.15011	PARAFUSO TI 1,5 X 11mm CD - TIPLAN		
101.15012	PARAFUSO TI 1,5 X 12mm CD - TIPLAN		
101.15013	PARAFUSO TI 1,5 X 13mm CD - TIPLAN		
101.15014	PARAFUSO TI 1,5 X 14mm CD - TIPLAN		
101.15015	PARAFUSO TI 1,5 X 15mm CD - TIPLAN		
101.15016	PARAFUSO TI 1,5 X 16mm CD - TIPLAN		
101.15017	PARAFUSO TI 1,5 X 17mm CD - TIPLAN		
101.18004	PARAFUSO TI 1,8 X 04mm CD - TIPLAN		
101.18005	PARAFUSO TI 1,8 X 05mm CD - TIPLAN		
101.18006	PARAFUSO TI 1,8 X 06mm CD - TIPLAN		
101.18007	PARAFUSO TI 1,8 X 07mm CD - TIPLAN		
101.18008	PARAFUSO TI 1,8 X 08mm CD - TIPLAN		
101.18009	PARAFUSO TI 1,8 X 09mm CD - TIPLAN		
101.18010	PARAFUSO TI 1,8 X 10mm CD - TIPLAN		
101.18011	PARAFUSO TI 1,8 X 11mm CD - TIPLAN		
101.18012	PARAFUSO TI 1,8 X 12mm CD - TIPLAN		
101.18013	PARAFUSO TI 1,8 X 13mm CD - TIPLAN		
101.18014	PARAFUSO TI 1,8 X 14mm CD - TIPLAN		
101.18015	PARAFUSO TI 1,8 X 15mm CD - TIPLAN		
101.18016	PARAFUSO TI 1,8 X 16mm CD - TIPLAN		
101.18017	PARAFUSO TI 1,8 X 17mm CD - TIPLAN		
101.30004	PARAFUSO TI 2,0 X 04mm CD - TIPLAN		
101.30005	PARAFUSO TI 2,0 X 05mm CD - TIPLAN		
101.30006	PARAFUSO TI 2,0 X 06mm CD - TIPLAN		
101.30007	PARAFUSO TI 2,0 X 07mm CD - TIPLAN		
101.30008	PARAFUSO TI 2,0 X 08mm CD - TIPLAN		
101.30009	PARAFUSO TI 2,0 X 09mm CD - TIPLAN		
101.30010	PARAFUSO TI 2,0 X 10mm CD - TIPLAN		
101.30011	PARAFUSO TI 2,0 X 11mm CD - TIPLAN		
101.30012	PARAFUSO TI 2,0 X 12mm CD - TIPLAN		
101.30013	PARAFUSO TI 2,0 X 13mm CD - TIPLAN		
101.30014	PARAFUSO TI 2,0 X 14mm CD - TIPLAN		
101.30015	PARAFUSO TI 2,0 X 15mm CD - TIPLAN		
101.30016	PARAFUSO TI 2,0 X 16mm CD - TIPLAN		
101.30017	PARAFUSO TI 2,0 X 17mm CD - TIPLAN		
101.30018	PARAFUSO TI 2,0 X 18mm CD - TIPLAN		




**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

101.30019	PARAFUSO TI 2,0 X 19mm CD - TIPLAN	
101.30020	PARAFUSO TI 2,0 X 20mm CD – TIPLAN	
101.31004	PARAFUSO TI 2,3 X 04mm CD - TIPLAN	
101.31005	PARAFUSO TI 2,3 X 05mm CD - TIPLAN	
101.31006	PARAFUSO TI 2,3 X 06mm CD - TIPLAN	
101.31007	PARAFUSO TI 2,3 X 07mm CD - TIPLAN	
101.31008	PARAFUSO TI 2,3 X 08mm CD - TIPLAN	
101.31009	PARAFUSO TI 2,3 X 09mm CD - TIPLAN	
101.31010	PARAFUSO TI 2,3 X 10mm CD - TIPLAN	
1 01.31011	PARAFUSO TI 2,3 X 11mm CD - TIPLAN	
101.31012	PARAFUSO TI 2,3 X 12mm CD - TIPLAN	
101.31013	PARAFUSO TI 2,3 X 13mm CD - TIPLAN	
101.31014	PARAFUSO TI 2,3 X 14mm CD - TIPLAN	
101.31015	PARAFUSO TI 2,3 X 15mm CD - TIPLAN	
101.31016	PARAFUSO TI 2,3 X 16mm CD - TIPLAN	
101.31017	PARAFUSO TI 2,3 X 17mm CD - TIPLAN	
101.31018	PARAFUSO TI 2,3 X 18mm CD - TIPLAN	
101.31019	PARAFUSO TI 2,3 X 19mm CD - TIPLAN	
101.31020	PARAFUSO TI 2,3 X 20mm CD – TIPLAN	
101.24006	PARAFUSO TI 2,4 X 06mm CD - TIPLAN	
101.24008	PARAFUSO TI 2,4 X 08mm CD - TIPLAN	
101.24010	PARAFUSO TI 2,4 X 10mm CD - TIPLAN	
101.24012	PARAFUSO TI 2,4 X 12mm CD - TIPLAN	
101.24014	PARAFUSO TI 2,4 X 14mm CD - TIPLAN	
101.24016	PARAFUSO TI 2,4 X 16mm CD - TIPLAN	
101.24018	PARAFUSO TI 2,4 X 18mm CD - TIPLAN	
101.24020	PARAFUSO TI 2,4 X 20mm CD - TIPLAN	
101.24022	PARAFUSO TI 2,4 X 22mm CD - TIPLAN	
101.24024	PARAFUSO TI 2,4 X 24mm CD – TIPLAN	
101.27006	PARAFUSO TI 2,7 X 06mm CD - TIPLAN	
101.27008	PARAFUSO TI 2,7 X 08mm CD - TIPLAN	
101.27010	PARAFUSO TI 2,7 X 10mm CD - TIPLAN	
101.27012	PARAFUSO TI 2,7 X 12mm CD - TIPLAN	
101.27014	PARAFUSO TI 2,7 X 14mm CD - TIPLAN	
101.27016	PARAFUSO TI 2,7 X 16mm CD - TIPLAN	
101.27018	PARAFUSO TI 2,7 X 18mm CD - TIPLAN	
101.27020	PARAFUSO TI 2,7 X 20mm CD - TIPLAN	
101.27022	PARAFUSO TI 2,7 X 22mm CD - TIPLAN	
101.27024	PARAFUSO TI 2,7 X 24mm CD – TIPLAN	
<b>INDICAÇÃO:</b> Manter estável a fratura até sua consolidação total.		
<b>MATÉRIA-PRIMA:</b> Liga de Titânio (ASTM F136)		
<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL:</b> Parafusos Ø1,2mm ionizados na cor amarelo, Parafusos Ø1,5mm ionizados na cor amarelo, Parafusos Ø1,8mm ionizados na cor azul, Parafusos Ø2,0mm ionizados na cor amarelo, Parafusos Ø2,3mm ionizados na cor azul, Parafusos Ø2,4mm ionizados na cor amarelo e Parafusos Ø2,7mm ionizados na cor azul.		

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

Tabela 02: Apresentação do Parafuso Center Driver X x X mm TI

101.15104	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 04 mm TI	
101.15105	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 05 mm TI	
101.15106	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 06 mm TI	
101.15107	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 07 mm TI	
101.15108	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 08 mm TI	
101.15109	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 09 mm TI	
101.15110	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 10 mm TI	
101.15111	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 11 mm TI	
101.15112	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 12 mm TI	
101.15113	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 13 mm TI	
101.15114	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 14 mm TI	
101.15115	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 15 mm TI	
101.15116	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 16 mm TI	
101.15117	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5 X 17 mm TI	
101.18104	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 04mm - TI	
101.18105	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 05mm - TI	
101.18106	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 06mm - TI	
101.18107	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 07mm - TI	
101.18108	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 08mm - TI	
101.18109	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 09mm - TI	
101.18110	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 10mm - TI	
101.18111	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 11mm - TI	
101.18112	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 12mm - TI	
101.18113	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 13mm - TI	
101.18114	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 14mm - TI	
101.18115	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 15mm - TI	
101.18116	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 16mm - TI	
101.18117	PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8 X 17mm - TI	
101.89104	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 04mm - TI	
101.89105	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 05mm - TI	
101.89106	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 06mm - TI	
101.89107	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 07mm - TI	
101.89108	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 08mm - TI	
101.89110	P ARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 10mm - TI	
101.89112	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 12mm - TI	
101.89114	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 14mm - TI	
101.89116	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 16mm - TI	
101.89118	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 18mm - TI	
101.89120	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0 X 20mm - TI	

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**




101.89204	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 04mm - TI	
101.89205	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 05mm - TI	
101.89206	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 06mm - TI	
101.89207	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 07mm - TI	
101.89208	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 08mm - TI	
101.89210	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 10mm - TI	
101.89212	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 12mm - TI	
101.89214	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 14mm - TI	
101.89216	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 16mm - TI	
101.89218	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 18mm - TI	
101.89220	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3 X 20mm - TI	
101.89304	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 04mm - TI	
101.89306	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 06mm - TI	
101.89308	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 08mm - TI	
101.89310	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 10mm - TI	
101.89312	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 12mm - TI	
101.89314	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 14mm - TI	
101.89316	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 16mm - TI	
101.89318	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 18mm - TI	
101.89320	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 20mm - TI	
101.89322	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 22mm - TI	
101.89324	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4 X 24mm - TI	
101.89408	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,7 X 08mm - TI	
101.89410	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,7 X 10mm - TI	
101.89412	PARAFUSO CENTER DRIVER 2,7 X 12mm - TI	
<b>INDICAÇÃO:</b> Manter estável a fratura até sua consolidação total.		
<b>MATÉRIA-PRIMA:</b> Liga de Titânio (ASTM F136)		
<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL:</b> Parafusos Ø1,5mm ionizados na cor amarelo, Parafusos Ø1,8mm ionizados na cor azul, Parafusos Ø2,0mm ionizados na cor amarelo, Parafusos Ø2,3mm ionizados na cor azul, Parafusos Ø2,4mm ionizados na cor amarelo e Parafusos Ø2,7mm ionizados na cor azul.		
"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."		

Tabela 03: Apresentação do Parafuso TI Fenda X x X mm TIPLAN

101.50004	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 04mm TIPLAN	
101.50006	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 06mm TIPLAN	
101.50008	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 08mm TIPLAN	
101.50010	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 10mm TIPLAN	
101.50012	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 12mm TIPLAN	





**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

101.50014	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 14mm TIPLAN	
101.50016	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 16mm TIPLAN	
101.50018	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 18mm TIPLAN	
101.50020	PARAFUSO TI FENDA 2,0 X 20mm TIPLAN	
101.51006	PARAFUSO TI FENDA 2,3 X 06mm TIPLAN	
101.51008	PARAFUSO TI FENDA 2,3 X 08mm TIPLAN	
101.51010	PARAFUSO TI FENDA 2,3 X 10mm TIPLAN	
<b>INDICAÇÃO:</b> Manter estável a fratura até sua consolidação total.		
<b>MATÉRIA-PRIMA:</b> Liga de Titânio (ASTM F136)		
<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL:</b> Parafusos Ø2,0 ionizados na cor amarelo e Parafusos Ø2,3 ionizados na cor azul.		


"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

Tabela 04: Apresentação do Parafuso Auto Perfurante Cross Drive X x X mm

101.15204	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CROSS DRIVE 1,5 X 04mm	
101.15205	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CROSS DRIVE 1,5 X 05mm	
101.15206	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CROSS DRIVE 1,5 X 06mm	
101.15304	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CENTER DRIVER 1,5 X 04mm	
101.15305	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CENTER DRIVER 1,5 X 05mm	
101.15306	PARAFUSO AUTO PERFURANTE CENTER DRIVER 1,5 X 06mm	
<b>INDICAÇÃO:</b> Manter estável a fratura até sua consolidação total.		
<b>MATÉRIA-PRIMA:</b> Liga de Titânio (ASTM F136)		
<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL:</b> Ionizados na cor grafite		

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

Tabela 05: Apresentação do Mini Parafuso A/C TI X x X mm - TIPLAN

101.30310	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 10mm - TIPLAN	
101.30312	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 12mm - TIPLAN	
101.30314	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 14mm - TIPLAN	
101.30316	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 16mm - TIPLAN	
101.30318	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 18mm - TIPLAN	
101.30320	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 20mm - TIPLAN	
101.30322	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 22mm - TIPLAN	



**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIPLAN**

101.30324	MINI PARAFUSO A/C TI 2,0 X 24mm – TIPLAN	
<b>INDICAÇÃO:</b> Manter estável a fratura até sua consolidação total.		
<b>MATÉRIA-PRIMA:</b> Liga de Titânio (ASTM F136)		
<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL:</b> Ionizados na cor amarelo		

"As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. Este documento não se trata de material publicitário."

**IMPORTANTE**

Para os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan é necessário o uso de instrumental específico que deve ser adquirido separadamente dos parafusos. O Kit Instrumental para Aplicação de Parafusos é registrado na Anvisa pela Engimplan, não faz parte da Apresentação Comercial desse produto e deve ser adquirido separadamente dos implantes. É composto dos seguintes itens:

Tabela 06: Instrumentais para a implantação do Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
104.10331	ALICATE DE CORTE 1,5MM / 2,0MM – BUCOPLAN
104.10333	ALICATE DE MODELAÇÃO 1,5MM – BUCOPLAN
104.10334	ALICATE DE MODELAÇÃO 2,0MM – BUCOPLAN
104.10329	ALICATE DOBRADOR 1,5MM / 2,0MM -BUCOPLAN
104.10342	BROCA 1,1 X 120 COM STOP 18MM – ENGATE 1
104.10343	BROCA 1,1 X 60 COM STOP 10MM – ENGATE 1
104.10346	BROCA 1,1 X 60 COM STOP 4MM – ENGATE 1
104.10345	BROCA 1,1 X 60 COM STOP 6MM – ENGATE 1
104.10344	BROCA 1,1 X 60 COM STOP 8MM – ENGATE 1
104.10412	BROCA 1,1MM COM STOP 60MM – ENGATE 1
104.10350	BROCA 1,6 X 120 COM STOP 22MM – ENGATE 1
104.10352	BROCA 1,6 X 60 COM STOP 10MM – ENGATE 1
104.10351	BROCA 1,6 X 60 COM STOP 22MM – ENGATE 1
104.10354	BROCA 1,6 X 60 COM STOP 6MM – ENGATE 1
104.10353	BROCA 1,6 X 60 COM STOP 8MM – ENGATE 1
104.10361	BROCA 1,8 X 120 COM STOP 28MM
104.10362	BROCA 1,8 X 60 COM STOP 28MM
104.10348	ESCAREADOR SISTEMA BUCOPLAN 1,5MM
104.10357	ESCAREADOR SISTEMA BUCOPLAN 2,0MM
104.10366	ESCAREADOR SISTEMA BUCOPLAN 2,4MM
104.10367	GUIA DO SISTEMA BUCOPLAN 2,4MM

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

104.10349	GUIA SISTEMA BUCOPLAN 1,5 / 2,0MM
104.10347	MACHO SISTEMA BUCOPLAN 1,5MM
104.10356	MACHO SISTEMA BUCOPLAN 2,0MM
104.10365	MACHO SISTEMA BUCOPLAN 2,4MM
104.10359	MEDIDOR DE PROFUNDIADE 2,0/2,4MM
104.10308	PINÇA PARA PLACAS
104.10305	PONTA CD 1,5MM – SISTEMA BUCOPLAN
104.10306	PONTA CD 2,0MM – SISTEMA BUCOPLAN
104.10363	PONTA CD 2,4MM
104.10371	PONTA CD CENTER DRIVER 2,4MM
104.10360	PUNÇÃO 2,0 / 2,4 MM
104.10358	TRANSBUCAL 2,0 MM
104.10364	TUBO 2,4MM

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste durante a utilização normal e podem quebrar. Os instrumentos cirúrgicos destinam-se apenas a serem utilizados para o fim a que se destinam. Todos os instrumentos devem ser inspecionados regularmente para verificar desgaste e danos. Devem ser adquiridos separadamente sempre do mesmo fabricante do implante e são fornecidos descontaminados porém não esterilizados. Todos são gravados com os seguintes dados:

- Código do Produto
- Número de Lote
- Logotipo da Empresa

## **2.1 Composição**

O Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan é fabricado em Liga de Titânio Ti6Al4V, atendendo aos requisitos das normas de especificação ASTM F136, dada a pureza da matéria-prima, a retirada dos parafusos após consolidação óssea, faz-se desnecessária.

Todos os parafusos são providos de cabeça com diâmetro maior que o corpo, as cabeças têm perfil externo próprio e de acordo com a sua aplicação. Quanto ao sistema de aperto, temos o sistema cruz e o sistema sextavado.

O corpo do parafuso caracteriza-se pela rosca que pode ser total ou parcial, esponjosa ou cortical e com diâmetro sem afiação na extremidade distal (esse detalhe sugere uma maior facilidade de rosqueamento).

## 2.2 Indicação de Uso

O Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan é indicado para fixação óssea, podendo ser usado isoladamente ou juntamente com placas. Tem a finalidade de manter estável a fratura até sua consolidação total.

### 2.2.1 Indicações Específicas

- ✓ **PARAFUSO TI 1,2mm CD TIPLAN:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).
- ✓ **PARAFUSO TI 1,5mm CD TIPLAN:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais, juntamente com as micro placas, para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).
- ✓ **PARAFUSO TI 1,8mm CD TIPLAN:** Utilizado em cirurgias bucomaxilofaciais para a fixação de micro placas e placas de buco no osso para manter a estabilidade da fratura até que ocorra a osseointegração. Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 1,5mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO TI 2,0mm CD TIPLAN:** Utilizado em cirurgias bucomaxilofaciais para a fixação de mini placas e placas de buco no osso para manter a estabilidade da fratura até que ocorra a osseointegração.
- ✓ **PARAFUSO TI 2,3mm CD TIPLAN:** Utilizado em cirurgias bucomaxilofaciais para a fixação de mini placas e placas de buco no osso para manter a estabilidade da fratura até que ocorra a osseointegração. Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 2,0mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO TI 2,4mm CD TIPLAN:** Indicado para utilização em conjuntos com as placas de reconstrução mandibular para fixação de fraturas da mandíbula e em alguns casos substituição da porção óssea e do côndilo mandibular.
- ✓ **PARAFUSO TI 2,7mm CD TIPLAN:** Indicado para utilização em conjuntos com as placas de reconstrução mandibular para fixação de fraturas da mandíbula e em alguns casos substituição da porção óssea e do côndilo mandibular. Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 2,4mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 1,5mm TI:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).

- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 1,8mm TI:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas). Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 1,5mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 2,0mm TI:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).
- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 2,3mm TI:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas). Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 2,0mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 2,4mm TI:** Indicado para utilização em conjuntos com as placas de reconstrução mandibular para fixação de fraturas da mandíbula e em alguns casos substituição da porção óssea e do côndilo mandibular.
- ✓ **PARAFUSO CENTER DRIVER 2,7mm TI:** Indicado para utilização em conjuntos com as placas de reconstrução mandibular para fixação de fraturas da mandíbula e em alguns casos substituição da porção óssea e do côndilo mandibular. Estes parafusos são chamados de emergência pois são utilizados somente nos casos em que a fixação com o parafuso de 2,4mm não foi possível, ou seja, não promoveu a fixação da placa.
- ✓ **PARAFUSO FENDA 2,0 /2,3:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).
- ✓ **PARAFUSO AUTO PERFURANTE CROSS DRIVE / CENTER DRIVER:** Indicado para utilização em cirurgias bucomaxilofaciais juntamente com as micro placas para estabilização de fraturas e cirurgias ortognáticas (correção de disfunções da face sejam estas genéticas ou adquiridas).
- ✓ **MINI PARAFUSO AUTO COMPRESSÃO TI 2,0mm TIPLAN:** Utilizados em cirurgias bucomaxilofaciais para a fixação de mini placas e placas para buco no osso para manter a estabilidade da fratura até que ocorra a osseointegração.

### 2.3 Contraindicações

As seguintes contraindicações específicas, efeitos adversos e advertências devem ser entendidas pelo cirurgião e explicadas para o paciente.

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

- ✓ Infecções ativas;
- ✓ Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatória devido às condições que apresentam (mental ou física);
- ✓ Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, os testes apropriados devem ser realizados para excluir essa possibilidade antes do implante;
- ✓ Qualidade e quantidade inadequada de osso para a ancoragem segura dos implantes;
- ✓ Limitações no fluxo sanguíneo e/ou infecções anteriores que possam tornar a cicatrização lenta e aumentar a possibilidade de infecção e/ou rejeição dos implantes;
- ✓ Qualquer processo de doença degenerativa que possa afetar adversamente a colocação apropriada dos implantes;
- ✓ Cobertura inadequada com tecido saudável, ou seja, o não preenchimento de cavidades que envolvem o implante;
- ✓ Procedimentos nos quais haja um ambiente não-estéril, ou seja, cavidades abertas como seios;
- ✓ Uso em áreas de suporte de peso e/ou de carga;

#### **2.4 Instruções de Uso**

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como o critério de avaliação do resultado da cirurgia.

- ✓ Efetuar esterilização dos parafusos de acordo com as instruções recomendadas adiante;
- ✓ Manipular os parafusos exclusivamente em ambientes adequados (ambulatórios ou salas cirúrgicas) com os devidos cuidados (somente deverão ser manipulados com luvas esterilizadas);
- ✓ Somente profissionais capacitados devem manipular e implantar parafusos;
- ✓ Os parafusos deverão ser aplicados de acordo com as exigências e técnicas cirúrgicas adequadas;
- ✓ O torque aplicado durante a inserção no osso vai depender do estado e característica do osso e o cirurgião é o responsável por decidir que torque aplicar;

#### **2.5 Efeitos Adversos**

1. Redução na densidade óssea e/ou necrose óssea devido à proteção contra tensão;
2. Alterações vasculares;
3. Reação alérgica ou sensibilidade ao metal do dispositivo de fixação;
4. Danos ao nervo devido um trauma cirúrgico;
5. Rompimento dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan devido ao retardamento da união ou desunião do tecido ósseo;

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

6. Dobra ou fratura dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan;
7. Migração ou desprendimento dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan;
8. Dor, desconforto e/ou sensação anormal devido à presença dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan;
9. Infecção superficial e/ou profunda;
10. Restrição do crescimento;
11. Transmigração passiva dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan;
12. Coloração do tecido;

**2.6 Precauções e Advertências**

- ✓ Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção protética;
- ✓ Não utilize o produto se estiver com a validade vencida ou com a embalagem violada;
- ✓ Produto médico-hospitalar de uso único – destruir após o uso;
- ✓ A abertura da embalagem para utilização cirúrgica deverá ser feita pelo pessoal de enfermagem habilitado para este procedimento;
- ✓ Nunca reutilize um implante, pois mesmo sem aparência externa de danos, esforços prévios podem reduzir sua vida útil;
- ✓ Os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que haja uma técnica cirúrgica precisa;
- ✓ Manipule com cuidado;
- ✓ O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante e do osso adjacente;
- ✓ Não devem ser utilizados componentes de fabricantes diferentes;
- ✓ Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo;
- ✓ Verificar o estado da embalagem antes de utilizar o produto. Caso haja qualquer irregularidade com a embalagem do produto tais como: embalagem aberta, danificada ou violada, não utilize os produtos. Entre em contato com o distribuidor ENGIMPLAN a fim de substituir o produto;
- ✓ Aplicar as técnicas de assepsia antes da implantação do produto no paciente a fim de evitar a contaminação do implante e do paciente durante os procedimentos cirúrgicos. O descarte de qualquer produto explantado deverá ser feito com cuidado a fim de não contribuir para a contaminação do paciente, tampouco do hospital. Nesse caso os produtos explantados deverão ser eliminados e descaracterizados. Aconselhamos que os produtos explantados sejam amassados através de uma prensa ou martelo a fim de evitar a reutilização do implante. Seu descarte será feito em local apropriado para produtos infectantes e contaminantes a cargo do hospital. Evite o impacto dos componentes do implante antes e durante os atos cirúrgicos a fim de manter-se a integridade e qualidade do mesmo.

## 2.7 Condições Especiais de Armazenamento e Transporte

- ✓ É recomendado que os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan sejam desembalados imediatamente antes do procedimento cirúrgico de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições;
- ✓ Qualquer implante que tenha caído, arranhado, entalhado ou tenha sofrido qualquer outro dano deve ser descartado, no entanto, a decisão quanto sua adequação sempre ficará a cargo cirurgião que o utiliza;
- ✓ O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química;
- ✓ Os efeitos de vibração, choques, corrosão, temperatura acima de 45°, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados;
- ✓ O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte também devem ser explicitados.

## 3.0 paciente deve ser informado:

Todas as restrições pós-operatórias, sobretudo às relacionadas com atividades esportivas e ocupacionais.

O fato de que as complicações ou falhas nas osteossínteses são mais comuns em:

- ✓ Pacientes com expectativas funcionais além do que pode ser promovida pela cirurgia;
- ✓ Paciente com doenças sistêmicas ou locais que provoquem alterações ósseas como osteoporose;
- ✓ Nas crianças, pacientes idosos, com problemas mentais e dependentes químicos pode haver um risco maior para o parafuso falhar, pois estes pacientes podem ignorar as instruções e restrições.

A necessidade de acompanhamento médico periódico para se observar possíveis alterações do estado do implante e do osso adjacente. Só o acompanhamento pode detectar possível soltura de componentes ou a ocorrência de osteólise.

A não realização de cirurgia de revisão quando da soltura de componentes ou osteólise pode resultar em perda progressiva do estoque ósseo periprotético.

O paciente deverá ser orientado a informar ser portador de implante em caso de se submeter a exame de Ressonância Magnética.

Deve-se fazer compreender completamente as informações relacionadas nos tópicos indicações, contraindicações, efeitos adversos, precauções e advertências.



### 3.1 Informações Úteis:

1. Os implantes cirúrgicos nunca devem ser reutilizados e os implantes explantados nunca devem ser implantados novamente. Podem ocorrer pequenos defeitos e padrões de pressão interna, mesmo se o implante parecer intacto, causando falha e rompimento do implante;
2. A instrução adequada ao paciente é um fator-chave para determinar o sucesso do procedimento cirúrgico. O acompanhamento e cuidados pós-operatórios são muito importantes. O paciente deve estar consciente que um implante metálico não é tão forte quanto o osso normal e que a atividade física excessiva ou carga pode causar desprendimento, migração, flexão ou fratura dos implantes;
3. O sucesso de qualquer dispositivo de fixação metálica depende de um manuseio cuidadoso e boa técnica cirúrgica. A alteração de forma e contorno de implantes metálicos deve ser evitada, se possível. No entanto, se a alteração de contorno for necessária para a aplicação apropriada, e o desenho do implante permitir, o cirurgião deve evitar, durante esse processo, o uso de curvaturas acentuadas ou curvaturas reversas. O cirurgião também deve evitar arranhar ou entalhar a superfície do implante com instrumentação pontiaguda durante a alteração de contorno. Padrões de pressão interna que venham a ser produzidos podem causar o rompimento eventual do implante.
4. No caso de um dispositivo implantável há um risco de introduzir materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e agentes de limpeza e outros contaminantes da superfície. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos dispositivos de fixação. Além disso, se algum dispositivo de fixação entrar em contato com fluidos corpóreos, ele não deve ser reutilizado devido à possível transmissão dos patógenos sanguíneos;
5. Implantes metálicos podem soltar-se, ficar corroídos, migrar, causar dor ou fratura, mesmo após um sítio de fratura ter cicatrizado. Isso ocorre geralmente em pacientes jovens ativos. Quando decidir remover o(s) implante(s), o cirurgião deve considerar os riscos e benefícios para o paciente. Se o implante for removido, o paciente deve receber o tratamento pós-operatório apropriado para evitar uma nova fratura do tecido ósseo;
6. A seleção apropriada do sítio do implante, configuração e localização aumentarão o potencial de sucesso da fixação da fratura. O cirurgião deve estar totalmente familiarizado com os implantes, método de aplicação, instrumentação e procedimento cirúrgico. Os implantes metálicos são indicados para ajudar na cicatrização do tecido ósseo, não para substituir os tecidos normais. Esses implantes não são projetados para uso em aplicações de suporte de peso ou carga. O paciente deve estar ciente dos riscos de usar os dispositivos, incluindo os possíveis efeitos adversos;
7. A coloração do tecido adjacente foi reportada com o uso de dispositivos de fixação de titânio similares após esses dispositivos terem entrado em contato com o tecido humano. Os fragmentos e micropartículas podem se deslocar do dispositivo de fixação e migrar

do sítio do implante. Assim que o dispositivo de fixação for implantado, as partículas metálicas podem permanecer no corpo após a remoção. Os efeitos de longo prazo causados por essas partículas não são ainda conhecidos. É possível que futuramente os efeitos adversos causados por essas partículas se tornem evidentes;

8. Considerações especiais são necessárias no uso desse dispositivo para pacientes pediátricos. A evidência sugere que pode ocorrer a restrição ao crescimento no uso desses implantes. De grande importância foi a descrição da translação intracraniana no uso de dispositivos similares. As potenciais consequências podem incluir a translação intracerebral com atividade de convulsão associada e/ou laceração cerebral com debilidade permanente ou morte. O uso deste dispositivo na população pediátrica deve ser realizado somente por médicos qualificados por instrução e treinamento especializados. A remoção dos implantes deve ser muito considerada após a cicatrização adequada;
9. O cirurgião é o responsável pela conclusão do treinamento adequado, seleção apropriada do paciente, escolha e colocação do implante, bem como pela decisão de deixar ou remover os implantes após a operação.

### **3.2 Desempenho Previsto nos Requisitos Gerais da Regulamentação da Anvisa**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan foram desenvolvidos de forma a evitar que seu uso não comprometa o estado clínico dos pacientes bem como a segurança e a saúde dos operadores e quaisquer outras pessoas que tenham contato com o mesmo, isto quando usados nas condições e finalidades previstas. Os possíveis riscos relativos a sua implantação são aceitáveis quando comparados aos benefícios proporcionados ao paciente. Tais riscos, no entanto foram reduzidos a um grau compatível com a proteção à saúde e segurança das pessoas.

### **3.3 Riscos de Contaminação**

Existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças virais como HIV e hepatite pois os componentes metálicos do Parafuso Ortopédico em Titânio Tiplan Engimplan entram em contato com tecidos e fluidos corporais. Produtos explantados devem ser tratados como altamente contaminantes.

## **4. Formas de Apresentação do Produto Médico**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan são fornecidos em embalagens de 01, 05 ou 10 unidades em embalagens plásticas. As embalagens plásticas são identificadas com uma etiqueta contendo as seguintes informações:

1. Nome Técnico;
2. Nome Comercial;
3. Produto/Dimensões;
4. Código;

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

5. Quantidade;
6. Fabricação;
7. Lote;
8. Material;
9. Validade;
10. Registro ANVISA: 10208610027
11. Responsável Técnico;
12. Dados do Fabricante;
13. Código de barra.

FABRICANTE: ENGIMPLAN – ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.  
Rod. Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP –  
CEP: 13.501-600.

CNPJ: 67.710.244/0001-39 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: <http://www.engimplan.com.br>

Telefone:(19) 3522 7407

E os dizeres:

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO  
PRODUTO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZAR  
PROIBIDO REPROCESSAR**

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,  
MANIPULAÇÃO, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS,  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO “VER INSTRUÇÕES DE USO”.

**Instrução de Uso disponível em: <http://www.engimplan.com.br/instrucaodeuso>**

**Para Instruções de Uso no formato impresso o consumidor pode solicitar sem custo  
adicional através do SAC 0800770-7475**

#### **4.1 Esterilização**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan são fornecidos na condição não estéril. O produto deve ser esterilizado antes do uso. Recomenda-se a utilização do método de autoclave.

Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

É responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos em qualquer fase do processo.

**Recomendamos apenas o processo em AUTOCLAVE A VAPOR para esterilização dos implantes.**

Tabela 07 – Parâmetros para a esterilização em autoclave - *NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de produtos para saúde.*

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de exposição
Vapor	Gravidade	132 – 135 °C	10 a 25 minutos
Vapor	Pré vácuo	132 – 135 °C	3 a 4 minutos

#### 4.2 Limpeza

Os produtos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%.

Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

**IMPORTANTE:** Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.

#### 4.3 Método de Desinfecção ou Esterilização de Implantes Removidos

Quando houver a necessidade do implante ser enviado ao fabricante para análise posterior devem ser seguidos os seguintes procedimentos de desinfecção e esterilização:

- ✓ Enxágue intensamente com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropanol com tratamento ultrassônico subsequente, ou enzima proteolítica, ou solução 1:100 de hipoclorito de sódio;
- ✓ Os implantes removidos devem ser esterilizados por óxido de etileno ou pelo método de autoclave;
- ✓ Para o envio desses produtos médicos devolvidos ao fabricante, devem-se utilizar embalagens que mantenham a integridade física do produto médico. Na embalagem devem conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico bem como as condições desses produtos tais como: método de limpeza e desinfecção utilizado, bem como descrição e número do lote do produto médico.

#### 5.Descarte

Quando da necessidade de se descartar o implante o mesmo deve ser inutilizado imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte dos Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

Os implantes explantados ou que por acidente estejam defeituosos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização.

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

É de responsabilidade da instituição hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislação vigente aplica.

### **6.Rastreabilidade**

Os Parafusos Ortopédicos em Titânio Tiplan Engimplan são rastreados pelas informações que constam na rotulagem. Também seguem dentro da embalagem 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade contendo os seguintes dados:

- ✓ Código do produto.
- ✓ Descrição do produto.
- ✓ Número do lote.
- ✓ Número de registro na ANVISA.
- ✓ Identificação do fabricante.
- ✓ Identificação do responsável técnico.

Figura: Modelo de etiqueta de rastreabilidade (Imagem Ilustrativa)

<b>REF</b>	<b>LOT</b>	<b>engimplan...</b> <small>engenharia de implante</small>
<b>Nome comercial:</b> <small>Commercial Name</small>		
<b>Nome Técnico:</b> <small>Technical Name</small>		<b>Código de Barra interno.</b>
<b>Registro ANVISA nº:</b> 1020861.###-### <small>ANVISA Register #1020861</small>		
 <b>ENGIMPLAN-ENGENHARIA DE IMPLANTE IND. E COM. LTDA.</b> Rod. Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – CEP- 13501-600 Rio Claro / SP CNPJ-07.710.244/0001-39 Fone: (19) 3522-7407 Autorização de Funcionamento de Empresa: 1020861 Responsável técnico Eng <sup>a</sup> Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5082668861 <b>INDÚSTRIA BRASILEIRA</b>		

### **7.Reclamação**

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Engimplan. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rodovia Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – CEP: 13501-600 Rio Claro / SP - Brasil.

A Engimplan disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (19) 3522 7407 para notificações referentes ao produto.

**MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO  
PARAFUSO ORTOPÉDICO EM TITÂNIO TIPLAN ENGIMPLAN**

**Fabricado por:** Engimplan Engenharia de Implante Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Washington Luiz S/N Cond. Compark Rua 6 Km 172 Pista Sul – Rio Claro/SP –  
CEP: 13.501-600.  
Fone: (19) 3522 7407

**Responsável Técnico:** Eng<sup>a</sup> Rosana Maria Moreira Santos – CREA-SP 5062668661

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Eng.º José Tadeu Leme**  
Responsável Legal  
CREA-SP 141.617/D

---

**Eng<sup>a</sup> Rosana Maria Moreira Santos**  
Responsável Técnico  
CREA-SP 5062668661